

Приложение № 1

к Тендерной документации на закуп лекарственных средств, медицинских изделий
и фармацевтических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
в системе обязательного медицинского социального страхования
на 2021 год из средств местного бюджета

Техническая спецификация

Лот № 1

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование изделия	Морозильник сверхнизкой температуры			
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)				
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
		1	Морозильник	Тип шкафа: вертикальное положение; Емкость морозильной камеры (Л): не менее 200; Масса Нетто не более 100 кг; Температурный диапазон: -20~-40°C; Цифровой дисплей, что способствует установке точной температуры; Контроллер: микропроцессор; Компрессор: один.	

			<p>Способ охлаждения: прямой; Климатический класс: не ниже N; Режим размораживания: инструкция; Толщина изоляции: не менее 100 мм; Внешний материал: материал с порошковым покрытием; Внутренний материал: алюминиевая пластина с напылением; Порт доступа; Не менее 7 выдвижных ящиков; Дверь одна; Дверной замок с ключом; Опора: 2 ролика с тормозом, 2 регулируемые по высоте ножки; Оповещения: высокая/низкая температура, открытая дверь, отказ датчика температуры; Источник питания: 220/50 Вт/Гц; Номинальная Мощность: 255 Вт ; Потребляемая мощность: не более 2,9 (кВтч/24ч); Номинальный ток: не более 2,7 А.</p>	2 шт.
4	Требования к условиям эксплуатации	температура окружающей среды: 16-32°C.		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения		
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	<p>20 календарных дней с момента заключения договора</p> <p>Адрес: 111300, Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45</p>		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p>		

	<p>привлечением третьих компетентных лиц</p>	<ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.
--	---	---