

Протокол об итогах тендера по закупу лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг на 2024 год из средств местного бюджета (8 лотов)

№ 1

с. Боровское

«24» мая 2024 года

Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:

1) Жакина Рудава Алимжановна – исполняющая обязанности главного врача (отсутствовала в связи с участием в заседании республиканской коллегии в г. Костанай. Основание: приказ № 38 от 14.05.2024 года).

Заместитель председателя тендерной комиссии:

2) Абрамова Е.В. – И.о. заместителя главного врача по медицинской части;

Члены тендерной комиссии:

3) Сеитова Г.Т. – главная медсестра;
4) Сандыбаев Р.Ж. – медтехник;
5) Тохтасунов З.Б. – И.о. заведующего отделением общей врачебной практики.

Гончаров Олег Сергеевич – бухгалтер по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии.

15 мая 2024 года в 16 часов 20 минут произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками по закупу медицинских изделий за счет средств местного бюджета (8 лотов) на 2024 год в Коммунальном государственном предприятии «Мендыкаринская районная больница» по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Алтынсарина, 45 в кабинете актового зала в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила).

Наименование закупаемых медицинских изделий, количество и выделенная сумма:

Лот № 1: Дефибрилятор-монитор.

В количестве: 2 штуки.

На сумму закупа: 7 360 000,00 (Семь миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

Лот № 2: Аппарат искусственной вентиляции легких.

В количестве: 1 штука.

На сумму закупа: 19 900 000,00 (Девятнадцать миллионов девятьсот тысяч) тенге 00 тиын.

Лот № 3: Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева.
В количестве: 1 штука.
На сумму закупа: 6 191 686,00 (Шесть миллионов сто девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын.

Лот № 4: Стол операционный.
В количестве: 1 штука.
На сумму закупа: 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) тенге 00 тиын.

Лот № 5: Электрокардиограф 12 канальный.
В количестве: 3 штуки.
На сумму закупа: 3 214 287,00 (Три миллиона двести четырнадцать тысяч двести восемьдесят семь) тенге 00 тиын.

Лот № 6: Система мониторингирования ЭКГ и АД.
В количестве: 2 штуки.
На сумму закупа: 7 736 026,00 (Семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двадцать шесть) тенге 00 тиын.

Лот № 7: Аппарат ультразвуковой терапии.
В количестве: 1 штука.
На сумму закупа: 2 714 300,00 (Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч триста) тенге 00 тиын.

Лот № 8: Аппарат электрохирургический.
В количестве: 1 штука.
На сумму закупа: 3 895 000,00 (Три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) тенге 00 тиын.

Общая сумма по лотам: 63 011 299,0 тенге (Шестьдесят три миллиона одиннадцать тысяч двести девяносто девять) тенге 00 тиын.

От потенциальных поставщиков запросов о разъяснении тендерной документации не поступали.

Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата и Время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «ITTS»	Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Амангелді Иманов, 19, почтовый индекс 010000	14.05.2024 г. 17 часов 10 минут
2	ТОО «Ishym Medical»	Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Шоқан Уәлиханов, 9/1, н.п. 10, почтовый индекс 010000	15.05.2024 г. 09 часов 57 минут
3	ТОО «Диагаль»	Казахстан, город Астана, район Алматы, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Жанкент, дом	15.05.2024 г. 12 часов 07 минут

		88, почтовый индекс 010000	
4	ТОО «ОрдаМед Костанай»	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Карбышева, 2, почтовый индекс 110000	15.05.2024 г. 14 часов 17 минут
5	АО «Ordamed»	Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Дуйсенова, 25, н.п. 202, почтовый индекс 050009	15.05.2024 г. 14 часов 18 минут
6	ТОО «Афина-KZ»	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Урожайная, 16, оф. кабинет 218, почтовый индекс 110008	15.05.2024 г. 14 часов 44 минуты
7	ТОО «Tobol Medical»	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Урожайная, 16, почтовый индекс 110008	15.05.2024 г. 14 часов 45 минут
8	ТОО «Meta soft»	Казахстан, город Астана, район Алматы, проспект Шәкәрі Құдайбердіұлы, 2, кв. 59, почтовый индекс 010000	15.05.2024 г. 14 часов 47 минут
9	ИП «KazMeta Grup»	110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Баймагамбетова, 9/2	15.05.2024 г. 14 часов 50 минут

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам, указанных в Главе 1 п.9 Правил.

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по закупу медицинских изделий:

№ лота	Наименование медицинской техники	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед. тенге	Сумма, выделенная для закупа	ТОО «ITTS»	ТОО «Ishym Medical»	ТОО «Диагаль»	ТОО «Ордам Костанай»	АО «Ordamed»	ТОО «Афина-KZ»	ТОО «Tobol Medical»	ТОО «Meta soft»	ИП «KazMeta Group»
1	Дефибрилятор-монитор	штука	2	3 680 000,00	7 360 000		3650000					2880000	3675000	
2	Аппарат искусственной вентиляции легких	штука	1	19 900 000	19 900 000			19850000						19890000
3	Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева	штука	1	6 191 686	6 191 686								6180000	
4	Стол операционный	штука	1	12 000 000	12 000 000						10004280	6308940		11990000
5	Электрокардиограф 12 канальный	штука	3	1 071 429	3 214 287					1071429		964200		
6	Система мониторинга ЭКГ и АД	штука	2	3 868 013	7 736 026	3868013								
7	Аппарат ультразвуковой терапии	штука	1	2 714 300	2 714 300	2600000			2605300					
8	Аппарат электрохирургический	штука	1	3 895 000	3 895 000							3579318		
	Итого:		8		63 011 299,0									

Тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки потенциальных поставщиков в соответствии с Правилами

По лоту №1 «Дефибрилятор-монитор»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
<p>ТОО «Ishym Medical», Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Шокан Уәлиханов, 9/1, н.п. 10, почтовый индекс 010000</p>	7 360 000,00	7 300 000,00	-	<p>Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на дефибриллятор/монитор S8 от производителя Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd, Китай, РУ № РК МИ (МТ)-0№024976 от 01.08.2022 г., до бессрочно, техническая спецификация которой не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: в технической спецификации указана комплектация, которая отсутствует в регистрационном удостоверении по набору внешних электродов для кардиостимуляции, АНД, одноразовый, взр: - 1 набор multifunctional электродов для дефибрилляции, взр, одноразовый; - 1 кабель для multifunctional электродов с тестовой нагрузкой (500м). Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>
<p>ТОО «Tobol Medical», Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Урожайная, 16, почтовый индекс 110008</p>	7 360 000,00	5 760 000,00		<p>Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «АКСИОН» от производителя ООО «Концерн Аксион», Россия, РУ № РК-МТ 5№0178589 от 18.01.2023 г., до бессрочно, техническая спецификация которой не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: Li-ion батарея не менее 5600mAh – не соответствие. Время зарядки батареи: до 80% более двух часов, до 100% более трех часов. Режим дефибрилляции менее 100 разрядов по 360Дж. Режим кардиостимуляции не менее 2 часов (с нагрузкой 50 Ом, частота кардиостимуляции: 80 уд/мин, выходной сигнал кардиостимуляции 60 мА) - отсутствие. Форма импульса: полусинусоида –отсутствие. Время зарядки: более 5 секунд до 200Дж при полностью заряженной батарее, более 8 секунд до 360 Дж при полностью заряженной батарее. Выходная энергия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж –</p>

				<p>несоответствие. Разряды: 1, 2, 3 (регулируется) – отсутствие. Защита от ВЧ-коагулятора-отсутствие. ЧСС (наличие): Диапазон измерений не менее: взрослые 15-300 уд/мин, дети/новорожденные 15-350 уд/мин.-несоответствие. Дыхание (наличие): Методика: трансторакальный импеданс. Диапазон измерений не менее: взрослые 0–120, дети/новорожденные 0-150. Время тревоги по апноэ не менее: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с.- несоответствие. SpO₂ диапазон частоты пульса не менее 20–254 в мин, разрешение не более 1 уд., точность не хуже ± 1 уд.- несоответствие. Диапазон измерений не менее: взрослые 15 – 270 мм Hg, дети 15 – 200 мм Hg, новорожденные 10 - 135 мм Hg.-не соответствие.</p> <p>Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>
<p>ТОО «Meta soft», Казахстан, город Астана, район Алматы, проспект Шәкәрі Кұдайбердіұлы, 2, кВ. 59, почтовый индекс 010000</p>	7 360 000,00	7 350 000,00		<p>Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на дефибриллятор-монитор BeneHeart D3 от производителя Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай, РУ № РК-МТ-5№017785 от 26.04.2023 г., до бессрочно, техническая спецификация которой соответствует технической спецификации Заказчика.</p> <p>Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

- отклонить тендерную заявку ТОО «Ishym Medical» ввиду не соответствия технической спецификации заказчика;
 - отклонить тендерную заявку ТОО «Tobol Medical» ввиду не соответствия технической спецификации заказчика;
 - допустить к участию в тендере товарищество с ограниченной ответственностью «Meta soft»;
- в соответствии с п. 66 победителем по лоту признать ИП «Meta soft», чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.

1. По лоту №2 «Аппарат искусственной вентиляции легких»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ТОО «Диагаль», Казахстан, город Астана, район	19 900 000,00	19 850 000,00	-	Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на Вентилятор для интенсивной терапии

Алматы, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Жанкент, дом 88, почтовый индекс 010000				<p>Savina 300 в комплекте от производителя Dragerwerk AG & Co. KGaA, Германия, РУ № РК-МТ-7№008462 от 03.03.2022 г., до бессрочно, техническая спецификация которой не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: параметры частоты дыхания менее чем от 0 до 200/мин; время вдоха менее чем 0,00 до 60,00 сек; отсутствие параметров по дыхательному объему: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл, Дети не менее от 20 до 300 мл, Новорожденные не менее от 2 до 100 мл.; пиковый поток менее чем до 260 литров/мин.; отсутствие параметров по возможности работы как от встроенной турбины, так и от внешнего воздушного компрессора или центрального газоснабжения; сенсорный дисплей диагональю менее чем 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселей; минимальное время работы от аккумуляторов: менее чем 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы).</p> <p>Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>
ИП «KazMeta Grup», 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Баймагамбетова, 9/2	19 900 000,00	19 890 000,00	-	<p>Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на аппарат ИВЛ SV 600 в комплекте с принадлежностями от производителя Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай, РУ № РК-МТ-5№019087 от 10.04.2024 г. до бессрочно, техническая спецификация которой соответствует технической спецификации Заказчика.</p> <p>Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:
- отклонить тендерную заявку ТОО «Диагаль» ввиду не соответствия технической спецификации заказчика;
- допустить к участию в тендере ИП «KazMeta Grup»;
- в соответствии с п. 66 победителем по лоту признать ИП «KazMeta Grup», чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.

2. По лоту №3 «Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ТОО «Meta soft», Казахстан, город Астана, район	6 191 686,00	6 180 000,00	-	Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на стол неонатальный с автоматическим

маты, проспект Шәкәрі Құдайбердіұлы, 2, кВ. 59, почтовый индекс 010000				поддержанием температуры СНО-УОМЗ по ТУ 9444-028-07539541-99 от производителя АО Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова, Россия, РУ № РК МИ (МТ)-0№025986 от 22.02.2023 г. до бессрочно, техническая спецификация которой соответствует технической спецификации Заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

- допустить к участию в тендере ТОО «Meta soft»;

- в соответствии с п. 64 Правил признать лот несостоявшимся по причине подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, осуществить закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

3. По лоту №4 «Стол операционный»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ТОО «Афина-KZ», Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Урожайная, 16, оф. кабинет 218, почтовый индекс 110008	12 000 000,00	10 004 280,00	-	Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на стол общехирургический ОК от производителя ООО Мединдустрия Сервис, Беларусь, РУ № РК МИ (МТ)-№023623 от 17.02.2022 г. до бессрочно, техническая спецификация которой не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: материал матраца - без специального двухслойного материала и специальных воздушных клапанов; согласно представленного РУ, матрац не входит в данный комплект; минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца) более 680 мм; Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца) более 1030 мм; Боковые наклоны столешницы, влево менее 21°, вправо менее 21°; Наклон спинной секции вверх менее +80; Наклон головной секции вверх/вниз, менее +45/-90°; отсутствуют данные по количеству операций 50-80 на одной подзарядке аккумуляторов; в составе технической спецификации и представленного РУ не указаны: Легкая плечевая опора - простая опора для плеча (парная, для левого и правого плеча с подушками) - 1 комплект; Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола -

				<p>650 мм. Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола – 250 мм. Технической спецификацией предусмотрена 3-х секционная рамка. В данной ТС рамка состоит из 2-х секций. Также не соответствует ширина и длина.</p> <p>Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>
<p>ТОО «Tobol Medical», Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Урожайная, 16, почтовый индекс 110008</p>	12 000 000,00	6 308 940,00		<p>Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой панели СОМЭп-01 в комплекте от производителя ООО Вито-Фарм, Россия, РУ № РК-МТ-7№004558 от 18.11.2020 г. до бессрочно, техническая спецификация которой не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: заряд батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение недели, 50-80 операций; материал матраца - без специального двухстороннего материала; Грузоподъемность менее 185 кг; Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца) более 680 мм; Боковые наклоны столешницы, влево менее 21°, вправо менее 21°; Наклон спинной секции вверх менее +80°; Наклон головной секции вниз менее -90°; Раздельная ножная секция вверх/вниз, менее +30/-90°.</p> <p>Верхнее положение меньше заявленных характеристик на 10 °. Допустимое значение положение должно начинаться от +20; Наклон спинной секции вверх/вниз: +75/-45°.</p> <p>Верхнее и нижнее положение заявленных характеристик имеет отклонение на 5 °. Наклон головной секции вверх/вниз, не менее +50/-50° - несоответствие. В составе технической спецификации и представленного РУ не указаны: Легкая плечевая опора - простая опора для плеча (парная, для левого и правого плеча с подушками) - 1 комплект; Анестезиологический экран, с зажимом для фиксации – не указаны размеры; Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры – не указано; Не указано приведение столешницы в положение сгибание/разгибание путем нажатия одной кнопки; Продольный и боковой наклоны осуществляются механическим способом, рукоятками.</p> <p>Потенциальный поставщик соответствует квалификационным</p>

				требованиям, указанным в тендерной документации.
ИП «KazMeta Grup», 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Баймагамбетова, 9/2	12 000 000,00	11 990 000,00		Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, вариант исполнения: HyBase 3000 от производителя NANJING MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., Китай, РУ № РК-МТ-5№021714 от 31.12.2020 г. до 31.12.2025 г., техническая спецификация которой соответствует технической спецификации Заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

- отклонить тендерную заявку ТОО «Афина-KZ» ввиду не соответствия технической спецификации заказчика;

- отклонить тендерную заявку ТОО «Tobol Medical» ввиду не соответствия технической спецификации заказчика;

- допустить к участию в тендере ИП «KazMeta Grup»;

- в соответствии с п. 66 победителем по лоту признать ИП «KazMeta Grup», чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.

4. По лоту №5 «Электрокардиограф 12 канальный»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
АО «Ordamed», Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Дуйсенова, 25, н.п. 202, почтовый индекс 050009	3 214 287,00	3 214 287,00	-	Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на электрокардиограф модели Corus в варианте исполнения: Corus e3 от производителя АО Ordamed, Казахстан, РУ № РК МИ (МТ)-0№026702 от 03.07.2023 г. до бессрочно, техническая спецификация которой соответствует технической спецификации Заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.
ТОО «Tobol Medical», Казахстан, Костанайская область, город	3 214 287,00	2 892 600,00		Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗЕЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением

Костанай, улица Урожайная, 16, почтовый индекс 110008				и автоматической обработкой ЭКГ и передачей по каналам связи от производителя ООО Концерн Аксион, Россия, РУ № РК-МТ- 5№017777 от 19.01.2023 г. до бессрочно. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.
----------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

- на основании п. 14 Правил признать победителем АО «Ordamed» т.к. в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, представивший заявку, соответствующую условиям объявления на закуп и условиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

5. По лоту №6 «Система мониторингирования ЭКГ и АД»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ТОО «ITTS», Казахстан, город Астана, район Байконур, улица Амангелді Иманов, 19, почтовый индекс 010000	7 736 026,00	7 736 026,00	-	Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на система мониторингирования электрокардиографии и артериального давления (ЭКГ и АД) Cardiospy в варианте исполнения ЕС-3Н/ABP от производителя Лабтек Кфт, Венгрия, РУ № РК-МТ-5№019421 от 19.08.2019 г. до 19.08.2024 г., техническая спецификация которой соответствует технической спецификации Заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

- допустить к участию в тендере ТОО «ITTS»;

- в соответствии с п. 64 Правил признать лот несостоявшимся по причине подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, осуществить закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

6. По лоту №7 «Аппарат ультразвуковой терапии»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
ТОО «ITTS», Казахстан, город Астана, район Байконур, улица Амангелді Иманов,	2 714 300,00	2 600 000,00	-	Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на аппарат для комбинированной ультразвуковой и электротерапии Soleoline, вариант исполнения: Soleo

19, почтовый индекс 010000				<p>SonoStim от производителя Zimmer MedizinSysteme GmbH, Германия, РУ № РК-МТ-7№009035 от 13.12.2023 г. до бессрочно, техническая спецификация которой не соответствует технической спецификации Заказчика, а именно: Излучатели не могут работать в непрерывном или в импульсном режиме с ультразвуковой частотой 1 МГц или 3 МГц; отсутствует возможность подачи ультразвука через статичный датчик и работа от аккумулятора (то есть он может быть беспроводным); должен имеет две головки излучателя; не должен являться комбинированным. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>
<p>ТОО «ОрдаМед Костанай», Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Карбышева, 2, почтовый индекс 110000</p>	2 714 300,00	2 605 300,00		<p>Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на Enraf Nonius – Аппарат 4 серии: Sonoplus 490 от производителя Enraf Nonius B. V., Нидерланды, РУ № РК-МТ-5№022084 от 05.03.2021 г. до 05.03.2026 г., техническая спецификация которой соответствует технической спецификации Заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.</p>

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

- отклонить тендерную заявку ТОО «ITTS» ввиду не соответствия технической спецификации заказчика;
- допустить к участию в тендере ТОО «ОрдаМед Костанай»;
- в соответствии с п. 66 победителем по лоту признать ТОО «ОрдаМед Костанай», чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.

7. По лоту №8 «Аппарат электрохирургический»:

- заявки предоставили:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению потенциального поставщика, тенге	Другие условия, предложенные поставщиком	Оценка и сопоставление тендерных заявок
<p>ТОО «Tobol Medical», Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Урожайная, 16, почтовый индекс 110008</p>	3 895 000,00	3 579 318,00	-	<p>Потенциальный поставщик предоставил тендерную заявку на аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005 в следующем исполнении: ЭХВЧ-350-01 «ФОТЕК» от производителя ООО Фотек, Россия, РУ № РК-МТ-5№016696 от 28.06.2021 г. до бессрочно, техническая спецификация которой соответствует</p>

				технической спецификации Заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

- допустить к участию в тендере ТОО «Tobol Medical»;
- в соответствии с п. 64 Правил признать лот несостоявшимся по причине подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, осуществить закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

Эксперты из профильных специальностей не привлекались.

Заказчику КГП «Мендыкаринская РБ» в течение пяти рабочих дней принять решение об осуществлении закупа способом из одного источника с момента признания закупа несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами.

Секретарю тендерной комиссии Гончарову О.С.:

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа www.mencrb.kz.


За данное решение проголосовали: **ЗА** – единогласно;

Заместитель председателя
тендерной комиссии:



Абрамова Е.В. – И.о. заместителя главного
врача по медицинской части;

Члены тендерной комиссии:



Сеитова Г.Т. – главная медсестра;

Сандыбаев Р.Ж. – медтехник;

Тохтасунов З.Б. – И.о. заведующего отделением
общей врачебной практики.